# NiTi Brush

## La spazzola in Nichel Titanio per la pulizia meccanica delle superfici implantari affette da peri-implantiti

- Il trattamento dei fili in Nichel Titanio consente di raggiungere le zone più difficili.
- I fili di 0,09 mm di diametro raggiungono gli spazi più profondi delle spire.

### Rimuove tutto eccetto l'impianto

Rimuove il rivestimento di superficie

Rimuove le macrostrutture biologiche

### Protegge l'impianto

Preserva la struttura originaria dell'impianto

Preserva le spire dell'impianto

## Cos'è NiTi Brush

Sistema completo di spazzole di titanio disegnato appositamente per eseguire le necessarie manovre di pulizia meccanica delle superfici implantari che sono state contaminate a causa di peri-implantite senza dover mutare la morfologia dell'impianto.

## Indicazioni

- NiTi Brush non viene fornito sterile.
- Sterilizzare prima dell'uso con un programma in autoclave a 134°C per 15 min.
- Irrigare abbondantemente per evitare il riscaldamento.
- La velocità iniziale suggerita è di 300 rpm fino a 1200 rpm.
- Eseguire un movimento orizzontale o verticale top down.
- Strumento monouso, gettare dopo l'uso.

## Efficacia




Superficie implantare prima e dopo l'impiego di NiTi Brush

Si nota sia visivamente che al SEM che la superfcie è stata modificata senza alterare la morfologia delle spire dell'impianto.

**Nuovo**

| | Articolo | Tipo spazzola | Indicazione | Unità / Conf.ne |
|---|---|---|---|---|
| | NiTi Brush Omega | Larga | Per una pulizia standard a cielo aperto | 5 |
| | NiTi Brush Pocket | Regolare | Per una pulizia standard a cielo aperto | 5 |
| | NiTi Brush Nano | Sottile | Per una pulizia di precisione o a cielo chiuso | 5 |
| | NiTi Combi | Combinazione a scelta | | 5 |